2026 年 7 月 13 日

お客さま各位

「黒部の氷筍水」水質検査結果のご報告

日頃より弊社商品「黒部の氷筍水」をご愛飲いただき、誠にありがとうございます。

弊社では、お客さまに安心して「黒部の氷筍水」をお召し上がりいただけるよう、
安全性を確認するための水質検査（放射能検査）を定期的に実施しております。

このたび、2026 年 6 月 8 日に採取した検査結果についてご報告いたします。
検査の結果、これまでと同様に法令基準を満たしており、安全性が確認されました。

今後とも、弊社商品「黒部の氷筍水」のご愛飲の程をよろしくお願い申し上げます。

関電不動産開発株式会社

放射能分析結果報告書

NCAL - 1403
令和 8 年 6 月 11 日

関電不動産開発株式会社　殿

株式会社　理研分析センター
〒997-0013　山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427　FAX 0235-24-4429
ホームページ ： http://riken-ac.com/
お問い合わせ：cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1　試料の名称等

件名	放射能分析
分析項目	ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメトリーによる^{131}I、^{134}Cs及び^{137}Csの測定
試料名	水（鉱水）
試料採取情報	長野県大町市（地中洞窟内湧水）
試料採取日	令和 8 年 6 月　8　日
分析日	令和 8 年 6 月 10 日
特記事項	特になし

2　測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限	
ヨウ素-131	検出下限値以下	0.72	Bq/kg
セシウム-134	検出下限値以下	0.75	Bq/kg
セシウム-137	検出下限値以下	0.84	Bq/kg

注1）結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　ORTEC 社製　GEM 45-76